

밀리옴 측정기 182

Milliohm Meter(3-002)

장비관리번호	M19970009
취득일자	1997-02-21
제조회사	HP(미국)
모델명	4338B
설치형태	이동가능



장비용도	낮은 저항 측정용 장비
시험항목	저항 측정
주요사양	<ul style="list-style-type: none"> • 10$\mu\Omega$~100KΩ, 모델 : HP4338B • 선택가능한 낮은 테스트 신호전류 : 1μA~10mA • 넓은 측정범위 : 10$\mu\Omega$~100kΩ • 점점점검기능 • 1kHzac 측정 • 고속측정 : 34ms • 내장비교측정기 • 자동측정모드
구 성 품	단품
담 당 자	한인수 031-460-5626