

광섬유 시험기

Optical Time Domain Reflectometer

장비관리번호	M2010-0120
취득일자	2010-03-23
제조회사	Yokogawa
모델명	AQ7275 OTDR
설치형태	이동식



장비용도	· 광 케이블의 직접손실, 파단점(고장점) 위치, 광전력손실 등을 측정
시험항목	· 광케이블 손실 · 총손실, 접속손실(케이블 및 커넥터 접속부위), 구간손실(두 점간의 상대손실, 단위구간당 평균손실) 등 · 광케이블 길이 및 파단점 위치/거리
주요사양	<ul style="list-style-type: none"> · Sampling resolution : 5cm(Min.) · No. of sampled data : Up to 50,000 points · Wave length : 1310/1550nm · Pulse width : 3ns(Min.) · Dynamic range : 34/32 dB
구성품	· 단품
담당자	· 김현기 031-460-5307