

마이크로파 발생기

Microwave Generator

장비관리번호	M2010-0130
취득일자	2010-06-03
제조회사	에이디링크
모델명	E8257D
설치형태	이동식



장비용도	<ul style="list-style-type: none"> · 철도 구조 변형 진단 시스템 개발 · 구조 변형 진단 시스템에 사용되는 전기광학변조기의 입력 신호 발생 · 철도 구조 변형 진단 계측
시험항목	· 신호발생
주요사항	<ul style="list-style-type: none"> · Frequency range : 250kHz – 31.8GHz · Frequency resolution : 0,001 Hz · Maximum leveled power : over 9dBm · Frequency sweep : Full frequency coverage · Sweep time : 10 msec – 200 sec · Sweep resolution : 1 msec
구성품	· 단품
담당자	· 윤혁진 031-460-5565

