

휴대용 미세먼지 측정기

PM10 Dust Indicator

장비관리번호	M2010-0176
취득일자	2010-06-25
제조회사	SIBATA
모델명	LD-3B No.853897
설치형태	이동식



장비용도	· 대기 중 미세먼지 농도 측정
시험항목	· 공기질시험
주요사항	<ul style="list-style-type: none"> · 측정입경: 광산란방식 · 광원: 레이저다이오드 · 감도: 1CPM=0.001mg/m³ · 측정정도: 교정입자에 대해 10% · 측정범위: 0.001~10mg/m³(범위 교환은 자동적으로 이루어집니다)
구성품	· 단품
담당자	· 천민철 031-460-5771

