

데이터계측시스템-2

Data Acquisition System

장비관리번호	M2011-0197
취득일자	2011-09-08
제조회사	YOKOGAWA
모델명	DL850
설치형태	이동식



장비용도	· Transient Wave 및 Surge 등의 고주파 신호 수신 및 저장
시험항목	· 절연변압기 - 서지 이행 및 불평형 시험
주요사항	<ul style="list-style-type: none"> · 고속 : 100MS/s 전압 측정 · 절연 : 1kVA 전압 측정 · 다채널 128Ch 전압, 128bit 로직 측정 · 고분해능 : 12bit 전압 측정 · 100KS/s, 16Ch 신호를 동시에 하드디스크에 연속 저장 · 15가지 종류의 다양한 플러그인 모듈
구성품	<ul style="list-style-type: none"> · 메인장비 : DL850E ScopeCorder · 기타 구성품 : 소프트웨어 CD, Power Line, 컴퓨터 연결 Line
담당자	· 한인수 031-460-5626

