

살수시험기 75

Splash Water Test

장비관리번호	F20030038
취득일자	2003-02-24
제조회사	(주)대영씨엔티(한국)
모델명	개발품
설치형태	이동가능



장비용도	살수시험 및 내수시험 장비(기밀/방수시험장치)
시험항목	내수시험 및 살수시험
주요사양	<ul style="list-style-type: none"> • Max. 5 kg.f/cm² (490 kPa) • 1.100 m × 0.600 m × 0.700 m(가로 × 세로 × 높이)
구 성 품	조로(KS R 9189, KS R 9202) 2EA, 노즐(KS R 9189, KS R 9202) 2EA, 수조, 회전대 각 1EA
담 당 자	한인수 031-460-5626