

# 디지털 오실로스코프



## Digital Oscilloscope

장비관리번호 F2014-0079

취득일자 2014-02-14

제조회사 Teledynelecroy

모델명 WR610Zi

설치형태 고정설치식

장비용도	· 무선급전 성능측정시 전압 및 전류 상시 모니터링
시험항목	· 전류, 전압, 파형측정 · FFT 분석 · 데이터 저장
주요사양	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 아날로그 대역폭 : 1GHz</li> <li>· Rise 시간 : 375ps</li> <li>· 대역폭 제한 : 200MHz</li> <li>· 입력채널 : 4개</li> <li>· 입력임피던스 : 50Ω / 1MΩ</li> <li>· 입력 커플링 : AC/DC/GND</li> <li>· 최대 입력전압 : ±10V/50Ω, 400V/1MΩ</li> <li>· Resolution : 8bit</li> <li>· 민감도 : 1mV/div ~ 1V/div @ 50Ω, 1mV/div ~ 10V/div @ 1MΩ</li> <li>· 시간 범위 : 20ps/div ~ 1000s/div</li> <li>· 클락 정확도 : 1.5ppm 이하</li> </ul>
구성품	· 프로브등 구성품은 별도준비 필요(장비만 보유)
담당자	· 김재희 031-460-5407