

# 서지 시험기 50

## Lighting Surge Simulator

장비관리번호	F19970045
취득일자	1997-12-20
제조회사	Noisse Ken(일본)
모델명	LSS-15AX-C3
설치형태	고정설치



장비용도	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM MODE에 따라 여러 가지 시험내용을 순차적으로 실행할 수 있으면 각 MODE의 설정내용, 기록내용은 배터리 충전이 가능</li> <li>• 시험조건이나 시험결과의 메모를 간단하게 메모리카드(OPTION)에 보관할 수 있으며, 메모리카드의 내용은 PCMCIA를 갖춘 컴퓨터로 파일교환이 가능</li> <li>• 적외선 리모콘(OPTION)이 사용 가능하며, RS-232C, GPIB INTERFACE를 장착할 수 있고 REMOTE제어가 가능</li> </ul>
시험항목	평형, 불평형 시험
주요사양	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 200~4500V ±10% 10V STEP</li> <li>• IEC pub.1000-4-4의 규격에서 정한 FAST / BURST를 발생할 수 있음</li> <li>• 공시장치(EUT)의 오동작현에 효과적인 새로운 기능(극성반전기능, Pulse 연속출력 기능, 주파수 변조기능)을 탑재</li> <li>• 출력 전압 : 200~4,500V±10%, 10V STEP</li> <li>• 출력 극성 : BURST마다 +/-로 반전</li> <li>• PULSE 주파수 : 0.11,000kHz</li> <li>• 연속 시의 주파수 제한은 출력전압이 500V(50kHz) 1,000V(18kHz) 2,000V(kHz) 4,500V(1kHz)까지 사용 가능</li> <li>• 최소트리거 간격 : 10ms</li> <li>• 동적 출력임피던스 : 50Ω ±20%</li> </ul>
구성품	PE CABLE 2M, OUTLET PANEL(18-00038A), SG용 L 기구, SG용 L 나사
담당자	장석각 031-460-5432