

화염전파시험기 (수평형) 44

Flooring Radiant Panel Tester

장비관리번호	F20070362
취득일자	2007-12-04
제조회사	Govmark(미국)
모델명	개발품
설치형태	고정설치



장비용도	시험 장비내의 단계적인 복사열 환경에서 불꽃 점화원에 노출된 수평으로 장착된 floor covering systems의 임계 복사량(critical radiant flux)을 측정
시험항목	<ul style="list-style-type: none"> • ISO 9239-1 : Reaction to fire tests for floorings -- Part 1: Determination of the burning behaviour using a radiant heat source • IASTM E648 : Standard Test Method for Critical Radiant Flux of Floor-Covering Systems Using a Radiant Heat Energy Source • IASTM E970 : Standard Test Method for Critical Radiant Flux of Exposed Attic Floor Insulation Using a Radiant Heat Energy Source
주요사양	<ul style="list-style-type: none"> • 장비의 설정 및 교정동안 장치의 관찰할 수 있는 사용상의 편의를 제공하기 위한 Angled Control Rack • 복사패널의 자동점화장치 및 안전차단장치 • 관찰용 윈도우와 이동승강대(sliding platform)가 달린 2개의 경첩식 position door로 되어 있는 입구 • 데이터 분석, 수집용 소프트웨어 • 스모크 측정포트가 있는 스테인리스 스틸 후드
구성품	시험기 본체, Operating Computer, Heat Flux Meter
담당자	이철규 031-460-5372