

# 산소지수시험기 59

## Oxygen Index Tester

장비관리번호	F20090158
취득일자	2002-11-06
제조회사	페스텍인터네셔널
모델명	LOI-2009
설치형태	고정설치



장비용도	고체재료가 상온 및 고온에서 연소 지속가능한 최소 산소농도를 평가
시험항목	상온산소지수(Limited Oxygen Index), 고온산소지수(Elevated Oxygen Index)
주요사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISO 4589-2, ISO 4589-3, ASTM 2863</li> <li>• 산소/질소 혼합</li> <li>• Paramagnetic Oxygen Analyzer</li> <li>• 0 to 100% O<sub>2</sub> 분석</li> <li>• ±0.1% O<sub>2</sub> 정밀도</li> <li>• Operational Flow Rate: 10 – 100 ml/min</li> </ul>
구성품	제어부 유닛(Control Unit), 글라스 침니(Glass Chimney), 시편 홀더(Specimen Holders), 가열 글라스 침니(Heated Glass Chimney), 점화기(Portable Butane Gas Igniter), 데이터 취득 및 적용 소프트웨어(Application & DAQ Software)
담당자	이덕희 031-460-5371